



Техническая спецификация
Стенд испытательный для определения
электрических характеристик
химических источников тока
Модуль вспомогательный измерения
температуры и напряжения отдельных аккумуляторов

Дата: 2021.12.28

Код оборудования SA-4008-1U-VT-TX (-200°C~260°C)

Параметр	Значение
Измеряемые параметры	Напряжение, температура
Число каналов измерения по каждому параметру в одном блоке	8
Тип датчика	Термопара тип К или Т
Диапазон температур	-200°C~260°C
Точность измерения температуры	±2°C
Разрешение по температуре	0,2°C
Диапазон напряжений	(-5 ÷ 5) В
Точность измерения напряжения	±0,1% ПД
Размеры (одного блока)	Д*Ш*В: 445*160*45мм
Вес нетто	2 кг



eware Technology Ltd. Address : 15/F,Tower 3,Excellence City,No.128,Zhongkong Rd.,Shenzhen,China,518049
<http://www.neware.com.cn> Tel:86-755-83128985

Официальный партнер на территории Российской Федерации

ООО «Региональный консультационно-технический центр автономных источников тока «Фирма Альфа-плюс»
105094, г. Москва, ул. Б. Семеновская, дом 42, строение 1 помещение VI

<http://www.alpha-energy.ru> тел. 7(499) 5-500-700 e-mail: sales@alpha-energy.ru

